CSJ-6436A-B
http://www.cosmo-k.co.jp/

「漏れ検査（リークテスト）」測定能力表

	Pa·m³/sec	1	0.1	1×10^{-2}	1×10^{-3}	1×10^{-4}	1×10^{-5}	1×10^{-6}	1×10^{-7}	1×10^{-8}	1×10^{-9}
	mL/min	600	60	6	0.6	0.06	0.006	0.0006			
	発泡間隔(sec)				1.5	15	150	1500	発泡なし		
水没目視法	目視チェック										
圧力計法	DP-340BA										
流量計法	AF-R220										
差圧計法	LS-R902										
水素法	Sensistor Sentrac										
スニファーヘリウム法	P3000(XL)										
大気圧ヘリウム法	T-GUARD LDS3000 AQ										
真空ヘリウム法	LDS3000										